

کدفرم/لویرایش: F320/00	شرایط محیطی	شرکت دانش پژوهش فجر
------------------------	-------------	---------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : آژیتاتور پلاکت خون

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	خیر	بله		
		ok	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	1
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی	2
		ok	دمای محیط کار در رنج $22 \pm 2$ باشد	3
		ok	رطوبت محیط کار در رنج 10% الی 70%	4
		ok	در حد معمول تراز باشد	5
		ok	اطمینان از سالم بودن پریم مورد استفاده و همچنین earth آن ( برای دستگاه یک پریم مستقل در نظر گرفته شود )	6
		ok	در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استبلازر مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود	7

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: 1- کنترل کیفیت 2- واحد اقدام کننده