

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه ترانسومیناتور UV

- این دستگاه معمولاً برای استفاده در موارد آشکارسازی اسیدهای نوکلئیک رنگ آمیزی شده بعد از فرایند PCR و کلونینگ کاربرد دارد و در یک اتاق مجزا با نام اتاق post-PCR مورد استفاده قرار می گیرد.
- در صورت نصب آن در فضای عمومی بایستی تدابیر لازم برای محافظت از کارکنان در آن فضا اندیشیده شود.
- نیاز به برق ۲۲۰ ولت شهری دارد.
- نیاز به آزمایشگاه با ایمنی زیستی حد اقل ۱ دارد.