

شماره سند: F2-25-0	گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه اسپکت قلبی مدل ProPSECT	 Parto Negar Persia Co. Ltd.
تاریخ:		

گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه ProSPECT

- ۱) دستگاه ProSPECT، به مدت ۱۸ ماه پس از نصب، راه اندازی و آموزش از نظر قطعات و خدمات تحت گارانتی می باشد.
- ۲) سازنده متضمن است تا ۱۰ سال بعد از تحویل سیستم لوازم یدکی مورد نیاز را در قبال دریافت وجه در اختیار کاربر قرار دهد. لازم به ذکر است تامین این لوازم در طول مدت گارانتی (۱۸ ماه) رایگان خواهد بود.
- ۳) مونتاژ، تنظیمات جدید، ارتقا و یا تعمیر سیستم ProSPECT به عهده اشخاص آموزش دیده توسط شرکت خواهد بود.
- ۴) فراهم آوردن فضا و شرایط محیطی لازم جهت استفاده از دستگاه بر عهده استفاده کننده از دستگاه خواهد بود.
- ۵) نصب الکتریکی در اتاق بر طبق ملاحظات مربوطه و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به آن می باشد.
- ۶) رعایت شرایط سلامت دستگاه به لحاظ وضعیت فیزیکی مانند دما، تغییرات دما، رطوبت و جلوگیری از شوک های مکانیکی و یا شیمیایی پس از نصب دستگاه در سایت به عهده استفاده کننده است و جزو الزامات ادامه گارانتی محسوب می شود.
- ۷) دستگاه باید بر اساس شرایط و قواعد شرح داده شده در دفترچه راهنما و برنامه آموزشی حین راه اندازی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، شرکت تعهدی در مورد مشکلات پیش آمده به دلیل عدم رعایت این موارد ندارد.
- ۸) افراد عادی مجاز به استفاده از سیستم نمی باشند. استفاده کننده از سیستم باید آموزش دیده و دارای صلاحیت باشد. وی ملزم به رعایت اصول کاربری دستگاه و اپراتوری آن می باشد و مسئولیت صدمات احتمالی در اثر عدم استفاده صحیح و اصولی از دستگاه نیز به عهده استفاده کننده است. در صورت بروز هر گونه مشکل برای دستگاه، این شرکت متعهد است اقدام به تعمیر، سرویس، یا کالیبراسیون دستگاه نماید. با تلفن های ۰۲۱-۶۶۹۰۷۵۳۲-۶۶۵۸۰۹۵۹ تماس گرفته تا به مشکل شما رسیدگی شود.

شماره سند: F2-25-0	گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه اسپکت قلبی مدل ProPSECT	 Parto Negar Persia Co. Ltd.
تاریخ:		

شرایط خروج از گارانتی

- ۱) باز نمودن کاور سیستم در هر شرایطی، هرگونه دستکاری تجهیزات و قطع و وصل کردن کابلها منجر به خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد.
- ۲) هرگونه شوک مکانیکی و یا شیمیایی که باعث تخریب و یا آسیب به کابلها و تجهیزات داخلی و خارجی دستگاه گردد، شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد.
- ۳) هرگونه نفوذ آب و مایعات به تجهیزات داخلی گنتری، بیس گنتری و یا ترولی خارج از شرایط گارانتی می باشد.
- ۴) نصب غیر صحیح کلیماتور به نحوی که پیچهای آن کاملا محکم نشده باشد و منجر به آسیب دستگاه شود، نتیجه بی احتیاطی کاربر بوده و منجر به خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد.
- ۵) هرگونه ضربه مکانیکی به هد دستگاه و *Safety pad* شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد.
- ۶) هرگونه شوک حرارتی بالاتر از حد مجاز ($\geq 5^{\circ}C/h$) منجر به آسیب دستگاه شده و خارج از تعهدات گارانتی می باشد.
- ۷) نوسانات الکتریکی ناخواسته (در صورت عدم استفاده از *UPS*) برق ورودی ترانس به عنوان تامین کننده تغذیه دستگاه خارج از شرایط گارانتی می باشد.
- ۸) قرار دادن چشمه با اکتیویتهی بیش از $0.5\ mCi$ در فاصله کمتر از $50\ cm$ از آشکارساز بدون کلیماتور به مدت طولانی شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد.
- ۹) عدم استفاده صحیح و به موقع از متوقف کننده اضطراری که باعث تخریب و یا آسیب به تجهیزات داخل گانتری گردد، منجر به خروج دستگاه از شرایط گارانتی خواهد شد.
- ۱۰) قرار دادن وزن بیش از 120 کیلوگرم روی تخت منجر به آسیب تخت دستگاه شده و شرایط گارانتی سیستم را باطل خواهد کرد.

موارد فوق توسط نماینده مشتری رویت و مورد تایید قرار گرفت.

مهر و امضا نماینده مشتری